
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

Arrêté ministériel agréant le laboratoire ECCA SA à
Merelbeke

Le Ministre du Travail,

Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, article 4;

Vu le Règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947, article 148decies, 1, §6, alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 3 octobre 1973;

Vu l'arrêté du Régent du 25 septembre 1947 portant règlement général des mesures d'hygiène et de santé des travailleurs dans les mines, minières et carrières souterraines, article 64nonies, alinéa 2, inséré par l'arrêté royal du 16 avril 1965;

Vu le livre II, titre 6, laboratoires, du code du bien-être au travail;

Vu la demande d'agrément introduite le 4 juin 2020 par le laboratoire ECCA SA, Ambachtsweg 3 à 9820 Merelbeke;

Vu l'avis de la Direction générale Contrôle du bien-être au travail;

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL
OVERLEG

Ministerieel besluit tot erkenning van het laboratorium ECCA NV te Merelbeke

De Minister van Werk,

Gelet op de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, artikel 4;

Gelet op het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming, goedgekeurd bij de besluiten van de Regent van 11 februari 1946 en 27 september 1947, artikel 148decies, 1, §6, tweede lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 oktober 1973;

Gelet op het besluit van de Regent van 25 september 1947 houdende algemeen reglement betreffende de maatregelen op gebied van hygiëne en gezondheid der werknemers in de mijnen, ondergrondse groeven en graverijen, artikel 64nonies, tweede lid, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 16 april 1965;

Gelet op boek II, titel 6, laboratoria, van de codex over het welzijn op het werk;

Gelet op de aanvraag om erkenning ingediend op 4 juni 2020 door het laboratorium ECCA NV, Ambachtsweg 3 te 9820 Merelbeke;

Gelet op het advies van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk;

A R R E T E :

Article 1er – Le laboratoire ECCA SA, Ambachtsweg 3 à 9820 Merelbeke, est agréé pour les scopes visés à l'annexe.

Art. 2. - Le présent produit ses effets le 1^{er} janvier 2021 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2022.

Bruxelles, le 4 février 2021 signé (P-Y. Dermagne)

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME ,
La directrice générale

B E S L U I T :

Artikel 1. – Het laboratorium ECCA NV, Ambachtsweg 3 te 9820 Merelbeke, wordt erkend voor de scopes bedoeld in bijlage.

Art. 2. - Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2021 en treedt buiten werking op 31 december 2022.

Brussel, 4 februari 2021 getekend (P-Y. Dermagne)

VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD AFSCHRIFT,
De directeur-generaal

Aurore MASSART

ANNEXE

| GROUPE | METHODE | BASEE SUR | ACTE ET PRINCIPE |
|--------|---------------|---|---|
| 2 | LE/LEM/7500/A | NBN T96-102 | Une certaine quantité d'air est aspirée à travers une membrane filtrante. Les fibres sur le filtre rendu transparent sont ensuite comptées à l'aide d'un microscope à contraste de phase. Sur base de la norme T96-102, la concentration en fibres d'amiante est exprimée en nombre de fibres/cm ³ . |
| 6 | LE/LEM/7000/A | CMA/2/II/C.2 NEN 5896 NEN5897 ISO 22262-1 ISO 22262-2 | L'analyse qualitative du genre d'amiante selon NEN 5896: microscopie stéréo- et à lumière polarisée. |

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 4 février 2021 agréant le laboratoire ECCA SA, Ambachtsweg 3 à 9820 Merelbeke.

BIJLAGE

| GROEP | METHODE | GEBASEERD OP | VERRICHTING EN PRINCIPE |
|-------|---------------|---|---|
| 2 | LE/LEM/7500/A | NBN T96-102 | Een bepaalde hoeveelheid lucht wordt door een membraanfilter aangezogen. Vervolgens worden de vezels op de doorzichtig gemaakte filter met behulp van een fasecontrastmicroscoop geteld. Op basis van de norm T96-102 wordt de concentratie aan asbestvezels uitgedrukt in aantal vezels/cm ³ . |
| 6 | LE/LEM/7000/A | CMA/2/II/C.2 NEN 5896 NEN5897 ISO 22262-1 ISO 22262-2 | Kwalitatieve analyse van de asbestsoort volgens NEN 5896: stereo-en polarisatiemicroscopie. |

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 4 februari 2021 tot erkenning van het laboratorium ECCA NV, Ambachtsweg 3 te 9820 Merelbeke.